

校正証明書

依頼者名 : 株式会社オブジェクト

品名 : デジタル温度計

型式又は能力 : ORMS-FPC7410 Type2/ADT7410

製造社名 : OBJECT

製造番号 : 1400035

管理番号 : -----

校正結果 : 別紙検査成績書に記載

校正年月日 : 2018年9月28日

校正に用いた標準器

品名	型式	製造者	製造番号 又は 管理番号	有効期限
デジタル温度計	testo735-1	株式会社 テストー	02040776/102	2020年1月

校正結果は、別紙の通りであることを証明します。

発行年月日 : 2018年10月3日

〒500-8367
岐阜県岐阜市字佐南三丁目6番8号
株式会社 トレーサ

業務統括部長 小島 幸浩

上記の計測機器は、弊社の「点検校正作業標準」に基づいて校正が行われたことを証明します。
使用標準器は、弊社の「標準器管理標準」に基づいて管理され、直接もしくはメーカーを經由して、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関や、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に定期的にトレーサビリティがとれています。